



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
ZYRA E MBROJTJES NGA RREZATIMET

LISTË VERIFIKIMI

LISTA E KONTROLLIT PËR APARATURAT ME RREZE X RADIOGRAFI INDUSTRIALE

Nr. _____ Datë: _____
Qarku: _____ Subjekt i inspektuar për herë të:

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTIT

1.	Emri i Subjektit	
2.	Data e Fillimit të aktivitetit	
3.	Lloji i aktivitetit ekonomik	
4.	Adresa - Qendër (Rrugë, Njësi, Telefon)	
5.	Adresa të tjera - Filiale (Rrugë, Njësi, Telefon)	
6.	Përfaqësuesi i subjektit (emër, atësia, mbiemri)	
7.	NUIS - QKR (Nr Unik i Identifikimit)	
8.	Tipi i Pronësisë	Tipi i Subjektit

Personeli

Baza Ligjore	Profesioni	Komente
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	Punëmarrës	
	A ka ndryshime në personel, duke e krahasuar me listën që është aprovuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) në vlerësimin fillestar që është bërë për marrjen e licencës	

Baza Ligjore	Inventari i pajisjeve që gjenerojnë rrezatim dhe mjediset e ushtrimit të aktivitetit Lloji dhe të dhënat e paisjes/paisjeve që gjenerojnë rreze X	Komente
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4	A ka ndonjë ndryshim në inventarin e burimeve apo paisjeve në përdorim krahasuar me listën e burimeve apo pasijeve që është aprovuar nga KMR në momentin e marrjes së licencës	
	A ka ndonjë ndryshim ose modifikim që është bërë në mjediset e ushtrimit të aktivitetit (nëse radiografia industriale nuk është e levizshme)në ndryshim nga ato të aprovuara nga KMR.	

Shënim: Në rast se konstatohen ndryshime sipas rasteve të mësipërme dhe subjekti nuk ka bërë amendimin e licencës për ndryshimet e bëra, penalizohet me dënimin kryesor “Heqje të licencës të ushtrimit të veprimtarisë me burime të rezatimit jonizues”.

Lista e kontrollit do plotësohet në zbatim të Udhëzimit për metodologjinë e përcaktimit të dënimeve administrative në procesin e inspektimeve nga inspektorët e ZMR

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Detyrimet e punëdhënësit për marrjen e masave mbrojtëse		
neni 24	a) A është drejtuesi (punëdhënësi), i njohur me kërkesat e Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) dhe kushtet e licencës?	2pikë	
neni 5 pika 7	b) A ka siguruar drejtuesi nivel të përshtatshëm të stafit punonjës (arsimimi, trajnimet e duhura,) ?	2pikë	
neni 24 pika 1	c) A ka siguruar drejtuesi mjete të mjaftueshme për sigurimin e një pune të sigurtë të personelit?	3pikë	
Neni 24 pika 4/f	d) A administron drejtuesi dokumentacionin e mjaftueshëm për radiombrojtjen(licencë, rregulloren e brendëshme, plan emergjencash, kontrata me IFBZ, inventarin e burimeve, plan i trajnimeve të personelit (në kohë dhe para) etj ?	3pikë	
neni 32 pika ½	e) A mban drejtuesi në mënyrë sistematike dokumentacionin e nevojshëm për mbrojtjen e personelit (monitorimi periodik i dozimetrave nga IFBZ, analizat periodike mjeksore, trajnimet periodike,) ?	1pikë	
neni 24 pika 2 / 4	f) A ka mbikqyrje të mjaftueshme nga punëdhënësi që siguron ndjekjen e rregullave, zbatimin e procedurave, masave mbrojtëse, kushteve të sigurisë, për të cilat kanë dhe vetë përgjegjësi dhe detyrime për mbrojtjen e tyre dhe të personave të tjerë?	2pikë	
neni 24 pika 8, neni 25 pika 2	g) A ka marrë në konsideratë punëdhënësi raportimet (vërejtje, ankimime) nga punëmërrësit për mosplotësimin e standarteve të mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese?	1pikë	
Neni 25, pika 1/a	g) A janë punonjësit të instruktuar në zbatimin e procedurave?	2pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Sistemi i sinjalizimit	
neni 28 pika 4/c	a) A ka shenja sinjalizuese, tabela paralajmëruese me shpjegimet perkatëse, simboli i radioaktivitetit, tabela “rrezik rrezatimi” në vendet ku punohet me pajisjet që gjenerojnë rreze X?	2pikë
neni 28 pika 4/c	b) A ka sistem sinjalizimi dritor apo zanor që sinjalizojnë kur pajisjet janë në punë?	0.5pikë
neni 28 pika 4/c	c) A ka sistem sinjalizimi (alarmi) në rast avarie?	0.5pikë

Baza Ligjore	Mbrojtja e punëmarrësit	
Kodi I Praktikës Për Mbrojtjen Nga Rrezatimet Në Rentgendiagnostike Nr. 804/2 datë 15.03.2005	a) A sigurohet mbrojtja e përshtatshme sipas legjislacionit në fuqi e vendeve ku punohet me pajisjet që gjenerojnë rreze X, për tipin dhe intensitetin e rrezatimit të prodhuar nga pajisja?	4pikë
Kodi I Praktikës Për Mbrojtjen Nga Rrezatimet Në Rentgendiagnostike Nr. 804/2 datë 15.03.2005	b) A janë të përshtatshme mjediset ku janë montuar ose mjediset ku operohet me pajisjet dhe orientimi i tyre?	3pikë
Kodi I Praktikës Për Mbrojtjen Nga Rrezatimet Në Rentgendiagnostike Nr. 804/2 datë 15.03.2005	c) A ekziston aspirimi në vendet ku punohet me pajisjet që gjenerojnë rreze X?	3pikë
Kodi I Praktikës Për Mbrojtjen Nga Rrezatimet Në Rentgendiagnostike Nr. 804/2 datë 15.03.2005	d) A janë siguruar pajisjet e nevojshme mbrojtëse dhe pajisjet monitoruese për mbrojtjen e përdoruesit?	3pikë
VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues” neni 29 pika 6	e) A ka siguruar punëdhënësi pajisje personale mbrojtëse të përshtatshme dhe që përmbushin standardet e nevojshme ?	3pikë
VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues” neni 29 pika 6	f) A përdoren pajisjet dhe mjetet mbrojtëse?	2pikë

Shënim: Në rast se konstatohet që pajisjet dhe aparaturat janë tepër të vjetëruara dhe jashtë standarteve, të cilat duhen ndëruar, apo mjedisi ku ushtrohet aktiviteti është në gjëndje jo të mirë dhe i papërshtatshëm që vë në vështirësi kryerjen e aktivitetit, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Rehabilitim dhe ndreqje e shkeljes së kërkesës ligjore”.

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Klasifikimi i zonave	
---	-----------------------------	--

neni 28	a) A janë zonat e kontrolluara të përcaktuara nëpërmjet mjeteve fizike apo mjete të tjera të përshtatshme dhe të shënuara ku doza ambientale vjetore është më e madhe se 6 mSv/vit?	2pikë
neni 28	b) A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rezikun e rezatimit, ndalimin e hyrjes të personave të paautorizuar dhe instruksione të përshtatshme ?	1.5pikë
neni 29	c) A janë zonat e mbikqyrura të përcaktuara dhe të shënuara?	2pikë
neni 29	d) A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rezikun e rezatimit, ndalimin e hyrjes të personave të paautorizuar dhe instruksione të përshtatshme?	1.5pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Rregullat e brendshme të punës dhe zbatimi i tyre.	
---	---	--

neni 29, pika 5	a) A janë rregullat dhe procedura lokale, protokolle, që janë të nevojshme për të siguruar një nivel të përshtatshëm të mbrojtjes dhe sigurisë për punëmarrësit dhe për persona të tjerë të përcaktuara me shkrim?	2pikë
neni 29, pika 5	b) A përfshijnë rregullat nivelet e investigimit ose nivelet e autorizuar dhe procedurat që duhet të ndiqen kur një nivel kalohet?	2pikë
neni 29, pika 5	c) A njihen dhe zbatohen rregullat që përmban Rregullorja e punës dhe plani i emergjencave?	2pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Monitorimi i ekspozimit të personelit			
Neni 31/ pika 4/a	a) A kanë punonjësit dozimetra personale ?	5pikë		
Neni 31/ pika 4/a	b) A i përdorin dozimetrat dhe i vendosin si duhet ?	3pikë		
Neni 31/ pika 4/a	c) A monitorohen nga IFBZ në afatet e përcaktuara ?	4pikë		
Neni 32 pika 2	e) A ruhen të dhënat e ekspozimeve për çdo punëmarës (deri kur punëmarrësi mbush 75 vjeç dhe jo më pak se 30 vjet nga largimi I punëmarrësit nga puna)?	2pikë		
Ligji nr. 8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 8 pika, c dhe ç	Matjet e kryera gjatë inspektimit:			Komente (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve:
Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10	A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?	1pikë		
Komente				

Shënim: Në rast se konstatohen nivele të rrezatimit tej normave të lejuara, subjekti penalizohet me dënimin kryesor: “Bllokim i përgjithshëm i aktivitetit” dhe shoqërohet edhe me dënimin plotësues “Pezullim të licencës”

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Siguria-teknike		
Neni 24	a) A ka një person përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet? A i ka të qarta detyrat dhe i ka zbatuar ato?	4pikë	
Neni 24	b) A është punëdhënësi në dijeni të aktivitetit të secilit punonjës që punon me pajise që gjenerojnë rrezatim X dhe a siguron që çdo veprimtari e cila përmban ekspozime profesionale, mbikqyret në mënyrë të përshtatshme?	3pikë	
Neni 24	c) A I bën të njohur punëdhënësi rregullat dhe procedurat lokale, si dhe masat mbrojtëse dhe dispozitat e sigurisë, punëmarrësve ndaj të cilëve ato zbatohen, si dhe personave të tjerë që mund të ndikohen prej tyre	2pikë	
Neni 24	d)A mban personi përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet të dhëna të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje të publikut dhe të punonjësve?	2pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Aksesi i vizitorëve		
Neni 39	a) A shoqërohen vizitorët që hyjnë në zonat e kontrolluara?	3pikë	
Neni 39	b) A i jepet informacion i mjaftueshëm vizitorëve që hyjnë në zonat e kontrolluara?	1.5pikë	
Neni 39	c) A ekzistojnë kontrolle të mjaftueshme mbi hyrjen në zonat e kontrolluara dhe të mbikqyrura si dhe shënja të përshtatshme?	1.5pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Monitorimi i ekspozimit të publikut			
Neni 32, pika 1	a) A janë bërë matje periodike nga stafi ose ekspertë për matjen e fuqisë së ekspozimit në zonat publike pranë vendeve ku punohet me pajisje që gjenerojnë rreze X?	2pikë		
Neni 24, pika 4/b	b) A është mbrojtja dhe masat e tjera mbrojtëse të optimizuara për të kufizuar ekspozimet e popullatës ndaj ekspozimeve të jashtme?	3pikë		
Ligji nr. 8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 8 pika, c dhe ç	Matjet e kryera gjatë inspektimit:			Komente (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve:
Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10	A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?	1pikë		
Komente				

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Kalibrimi			
Neni 52	A është kalibrimi i pajisjeve të përdorura në ekspozimet mjekësore objekt i laboratorit të standarteve dozimetrike?	3pikë		

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Sigurimi i Cilësisë A përfshin programi i Sigurimit të Cilësisë mjekësore:		
Neni 55, pika 2	a) Matjet dhe verifikimet e parametrave fizikë në momentin e fillimit të aktivitetit dhe periodikisht më pas?	2pikë	
Neni 55, pika 2	b) Verifikimin e kalibrimit dhe kushteve të duhura të punës të paisjeve dozimetrike dhe monitorizuese?	2pikë	

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Masat për zvogëlimin e gabimeve njerëzore		
Neni 60, pika 2/ ç	A ka ndodhur ndonjë incident apo aksident? (dëmtimi i pajisjes, aksident, gabim njerëzor, fatkeqësi apo çdo ngjarje tjetër me mundësinë për ti shkaktuar pacientit/objektit një ekspozim shumë të ndryshëm nga ai i parashikuar?	6pikë	
Neni 60, pika 2/ ç	a) Në se po, a është përgatitur raporti i investigimit të incidentit apo aksidentit?	3pikë	
Neni 60, pika 2/ a	b) Në rast të ekspozimeve mjeksore aksidentale, a është llogaritur dhe vlerësuar doza e marrë nga pacienti?	3pikë	
Neni 60, pika 2/ b	c) Ajanë marrë masa për t’u mos u përsëritur incidenti?	3pikë	
Neni 60, pika 2/ d	d) A është lajmëruar KMR ?	3pikë	
Neni 60, pika 2/ dh	e) A është informuar publiku?	3pikë	
Neni 60, pika 1/dh	f) A ka dëmtime të pjesshme të paisjeve që ndikonë në cilësi?	2pikë	
Neni 51, pika 1/b	g) A mbahet në nivelet më të ulëta që mund të arrihet, fuqia e ekspozimit jashtë zonës së ekspozimit, për shkak të shpërhapjes së rezatimit?	1pikë	
neni 3 të Ligjit 9973 dt. 28.07 2008 “për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 8025 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”	i) A ekziston një procedurë e kontrollit teknik, e riparimit dhe e mirëmbajtjes në mënyrë sistematike e aparaturave radiologjike (dokumentacioni)?	1pikë	
Shuma e pikëve të paplotësura			

Shënim: Në rast se, gjatë procesit të inspektimit, konstatohen defekte në mjetet apo pajisjet për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese, por që janë të riparueshme, subjekti pena-li-zohet me dënimin plotësues “Pezullim aktiviteti”.

Dt.

INSPEKTORËT